
Información



La siguiente información hace referencia exclusivamente a los requisitos del sistema informático. Incluso aunque el sistema cumpla con los requisitos necesarios, el buen funcionamiento del software o hardware de DÜRR NDT también puede verse afectado por funciones específicas de hardware o software instalado por el cliente. En estos casos, DÜRR NDT declina toda garantía de funcionamiento correcto del hardware o software de DÜRR NDT.

Si se conectan al PC otros sistemas, es posible que se modifiquen los requisitos del sistema. Es imprescindible tener en cuenta los requisitos de todos los sistemas conectados.

Lector de placas y sistemas radiográficos pequeños

En principio, durante el funcionamiento del aparato se aplican los requisitos del sistema del software correspondiente con el que se va a utilizar el aparato.
Se recomienda utilizar la versión actual del software.
Si va a utilizar el aparato con un software de otros fabricantes, observe los requisitos del sistema del software de terceros.
Además, es necesario cumplir con los siguientes requisitos del sistema:

CR 35/HD-CR 35 NDT Plus

Interfaz:	Ethernet ≥100 Mbit/s WLAN IEEE 802.11b/g con codificación WPA y WPA2
Software:	D-Tect X (número de referencia: DTEC100001)

CR 35 SEC Plus

Interfaz:	Ethernet ≥100 Mbit/s WLAN IEEE 802.11b/g con codificación WPA y WPA2
Software:	D-Tect X (número de referencia: DTEC100001)

DR 7 NDT

Interfaz:	USB 2.0 USB 3.0
Longitud máxima de cable:	USB: 5 m
Software:	D-Tect X (número de referencia: DTEC100001)

DÜRR NDT GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Str. 22
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany

9000-608-02/04 2609V006

Software

D-Tect X

Número de referencia: DTEC100001

	Mínimo	Recomendado	
CPU:	≥ Intel Core i5 (7ª generación o superior) o AMD equivalente	≥ Intel Core i7 (8ª generación o superior) o AMD equivalente	
	Serie H o HQ para procesores Intel móviles		
RAM:	≥ 8 GB	≥ 16 GB	
Sistema operativo:	Microsoft Windows 10 Professional (64-bit)	Microsoft Windows 11 Pro	
Disco duro:	Disco duro (HDD) Memoria libre: ≥ 50 GB	Solid State Drive (SSD) Memoria libre: ≥ 50 GB	
	La necesidad de memoria se orienta hacia la introducción de imágenes (radiografía: aprox. 20 MB - 1,5 GB)		
Protección de datos:	Copia de seguridad diaria		
Interfaz:	Ethernet ≥ 1000 Mbit/s WLAN ≥ 802.11n USB (al realizar la instalación desde una memoria USB o al utilizar dispositivos USB)		
Tarjeta gráfica:	GPU NVIDIA con soporte CUDA Memoria ≥ 4 GB	≥ NVIDIA T1000 Memoria ≥ 4 GB	≥ NVIDIA GeForce RTX 4060 Memoria ≥ 8 GB
	Son compatibles únicamente tarjetas gráficas con CUDA Compute Capability ≥ 7.5.		
Monitor:	Resolución ≥ 1920 x 1080 Tener en cuenta la directiva válida para monitores. Para un monitor de niveles de gris de 10 bit se requiere de una tarjeta gráfica NVIDIA Quadro.		